

令和元年 12 月 20 日
堺市上下水道局

自動体外式除細動器（AED）の同等品承認可否一覧の訂正について（通知）

自動体外式除細動器（AED）の同等品承認可否一覧について、下記のとおり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を下記のとおり訂正していただきますよう、お願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1. 訂正箇所

（同等品承認可否一覧）

- ・ 3 行目

2. 訂正内容

- ・ 同等品承認可否一覧 3 行目の承認可否を「不可」から「可」に変更
（訂正前後については次頁以降に図示）

【訂正前】

【同等品承認可否一覧】

申請のあった同等品に係る承認可否について、以下のとおりとします。

案件名：自動体外式除細動器（AED）

項目	同等品申請された物品 (メーカー、品名、型番、形式等)	承認可否	不可の場合の理由	備考
AED ハートスタート FRx+ (付属品 キャリングケ-ース、バッテリー、成人・小児兼用電極パッド)	メーカー：日本光電工業株式会社 品名：自動体外式除細動器カルジオライフ 型番等：AED-3150 (キャリングバッグ YC-310V、 バッテリー SB-310V、 パッド P740 成人小児共用)	可		
AED BOX-1 及び BOX-STAND-1	メーカー名：フクダ電子株式会社 品名：AED 収納 BOX-4 型番：AEDBOX-4	不可	公的な施設に設置することから、職員以外の来庁者等にも視認されやすいような、ある程度の高さ（120cm 程度）があるものを想定しているため。また、備品を収納できるスペースが設けられているものを想定しているため。	
	メーカー：日東工業株式会社 品名：AED 収納ボックス+AED オプション 自立 型番等：AED-KC+AED-JC	不可	収納ボックスの自立式置き台については、設置場所の床や壁面に穴を開けて固定する必要がない据置き型のものを希望するため	

【訂正後】

【同等品承認可否一覧】

申請のあった同等品に係る承認可否について、以下のとおりとします。

案件名：自動体外式除細動器（AED）

項目	同等品申請された物品 (メーカー、品名、型番、形式等)	承認可否	不可の場合の理由	備考
AED ハートスタート FRx+ (付属品 キャリングケ-ース、バッテリー、成人・小児兼用電極パッド)	メーカー：日本光電工業株式会社 品名：自動体外式除細動器カルジオライフ 型番等：AED-3150 (キャリングバッグ YC-310V、 バッテリー SB-310V、 パッド P740 成人小児共用)	可		
AED BOX-1 及び BOX-STAND-1	メーカー名：フクダ電子株式会社 品名：AED 収納 BOX-4 型番：AEDBOX-4	不可	公的な施設に設置することから、職員以外の来庁者等にも視認されやすいような、ある程度の高さ（120cm 程度）があるものを想定しているため。また、備品を収納できるスペースが設けられているものを想定しているため。	
	メーカー：日東工業株式会社 品名：AED 収納ボックス+AED オプション 自立 型番等：AED-KC+AED-JC	可		